

by anandic⁺

vyaire[™]
M E D I C A L

SuperNO₂VA[™] Nasales PAP-Beatmungssystem



Das nasale PAP-Beatmungssystem SuperNO₂VA[™] ist für Folgendes ausgelegt:

- Präoxygenierung
- Linderung von Obstruktion der oberen Atemwege durch Bewusstseinsverminderung
- Aufrechterhaltung der Beatmung
- Notfallbeatmung
- Einfacher Zugang für intraorale Eingriffe
- Perioperativer Einsatz ohne Bedarf an zusätzlichen Geräten



Das nasale PAP-Beatmungssystem SuperNO₂VA[™] umfasst einen 2-Liter-Hyperinflationsbeutel. Das Design ermöglicht die einfache Anwendung im Aufwachraum und während des Transports.

Effektives Atemwegsmanagement



Wettbewerbsvorteil

	Nasenbrille	High-Flow-Nasenbrille	Anästhesie- maske	Nasaler CPAP	SuperNO ₂ VA™
Oraler Zugang	●	●	○	●	●
Passive Sauerstoffversorgung	●	●	●	●	●
O ₂ mit hohem Durchfluss	○	●	○	○	●
Notfallbeatmung/Beeinträchtigung der Atemfunktion	○	○	●	○	●
Zusätzlicher Gerätebedarf	Nicht erforderlich	●	Nicht erforderlich	●	Nicht erforderlich

Zuverlässige Aufrechterhaltung der Atemwege während der perioperativen Phase

PRÄOPERATIV



Verwendung zur Aufrechterhaltung der O₂-Sättigung

INTRAOPERATIV



Tiefe Sedierung und intraoral

POSTOPERATIV



Ermöglicht positive Druckbeatmung im Aufwachraum

ÖGD/TEE; Koloskopie, Bronchoskopie, fiberoptische Intubation, Laryngoskopie, MRT

WELTWEITER HAUPTSITZ

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA

CareFusion
22745 Savi Ranch Parkway
Yorba Linda
CA 92887, USA



vyaire.com



ANANDIC MEDICAL SYSTEMS AG
Stadtweg 24, 8245 Feuerthalen
www.anandic.com
info@anandic.com
Tel. 0848 800 900

Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2019 Vyaire Medical, Inc. oder eine ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Vyaire, das Vyaire Medical Logo und SuperNO2VA sind Marken oder eingetragene Marken von Vyaire Medical, Inc. oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Medizinprodukte der Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Bitte lesen Sie die gesamte, den Produkten beiliegende Gebrauchsanweisung durch bzw. befolgen Sie die Anweisungen in der Produktkennzeichnung. VYR-INTL-1900042

